



# 检 测 报 告

报告编号：SL22002222252401TX

样 品 名 称： 一次性无纺布口罩

委 托 单 位： 无锡市旭仓科技有限公司

检 测 类 别： 委托检测



报告编号: SL2200222252401TX

## 检 测 报 告

样品信息	样品名称	一次性无纺布口罩	规格型号	/
	样品批号/ 生产日期	/	有效期	/
	样品数量	30	样品状态	完好
	生产单位	无锡市旭仓科技有限公司		
客户信息	委托单位	无锡市旭仓科技有限公司		
	委托单位地址	无锡市锡达路 555 号		
检测信息	样品接收日期	2020-02-26	样品检测周期	2020-02-26~ 2020-03-16
	样品编号	(A)	检测环境	符合要求
	检测项目	请参见下页		
	检测依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》		
检测结论	本报告仅提供实测数据和单项判定, 详见检测结果汇总页。 签发日期: 2020年03月16日			
备注	/			



批准人:  
日期: 2020/03/16



审核人:  
日期: 2020/03/16



编制人:  
日期: 2020/03/16

通标标准技术服务(青岛)有限公司  
第 2 页 共 5 页




除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。  
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。  
注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。  
中国·青岛·崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101  
www.sgs.com.cn  
e sgs.china@sgs.com  
t (86-532) 68999888 f (86-532) 80991955

# SGS

报告编号: SL2200222252401TX

## 样品照片



通标准技术服务(青岛)有限公司  
第 3 页 共 5 页



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定,赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755)8307 1443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。  
中国·青岛·崂山区株洲路143号通标中心 邮编:266101  
www.sgs.com.cn  
e sgs.china@sgs.com  
t (86-532) 68999888 f (86-532) 80991955



报告编号: SL2200222252401TX

## 检 测 结 果

检测项目	单位	检测方法	检测结果	标准要求	单项判定
大肠菌群	0.25g	GB 15979-2002 附录 B	未检出	不得检出	符合
绿脓杆菌	0.25g	GB 15979-2002 附录 B	未检出	不得检出	符合
金黄色葡萄球菌	0.25g	GB 15979-2002 附录 B	未检出	不得检出	符合
溶血性链球菌	0.25g	GB 15979-2002 附录 B	未检出	不得检出	符合
真菌	0.25g	GB 15979-2002 附录 B	未检出	不得检出	符合
细菌菌落总数	CFU/g	GB 15979-2002 附录 B	<4	≤100	符合
细菌过滤效率* (BFE)	%	GB/T 32610-2016 附录 A	98.2%	≥95%	符合
			98.0%		
			97.8%		
通气阻力*	Pa/cm <sup>2</sup>	GB/T 32610-2016 附录 B	13.5	≤49	符合
			13.7		
			13.5		

### 备注:

1、\*检测项目由江苏国健检测技术有限公司（CMA 编号：161019130764）执行，不在本实验室的 CMA 认定范围内。

此符合性声明仅基于本次实验室活动的实际值，未将本次实验室活动的结果不确定度影响计入。

\*\*\*结束\*\*\*

通标标准技术服务(青岛)有限公司  
第 4 页 共 5 页



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。  
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。  
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。  
中国·青岛·崂山区株洲路143号通标中心 邮编:266101  
www.sgs.com.cn  
e sgs.china@sgs.com  
t (86-532) 68999888 f (86-532) 80991955

## 注意事项

1. 报告无批准人签字、“检验检测专用章”及报告骑缝章，或经涂改，以及复印报告未加盖“检验检测专用章”均视作无效。
2. 样品及相关信息由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。
3. 除非另有说明，本检测结果仅对收到的样品负责。未经检验机构书面同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
4. 未经本公司批准，不得复制(全文复制除外)报告或证书。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出。

地 址：青岛市崂山区株洲路 143 号      电话：0532-68999318  
邮 编：266101      传真：0532-83884258  
E-mail: [Bella.cheng@sgs.com](mailto:Bella.cheng@sgs.com)